



## Transfer obese cliënt met tillift



1

Obese cliënten in Mobiliteitsklasse C worden ook met een stalift verplaatst en cliënten in mobiliteitsklasse D en E met een passieve lift.

**LET OP** De tillift moet dat gewicht wel aankunnen. Controleer dat dus altijd tevoren.

Dit maximale gewicht moet op alle verwisselbare onderdelen van het hulpmiddel staan, dat geldt dus voor de lift, de arm van de lift, de ophangbeugel én de sling. Denk er aan dat je altijd het laagste maximale gewicht aanhoudt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de sling 200 kilo aankan, maar de lift slechts 130 kilo. Dan telt de 130 kilo als maximum.

Tilliften voor obese cliënten hebben vaak een ingebouwde weeg-unit: je kunt hen dan in één moeite door wegen.



2

Rijden met bedden, rolstoelen en tilliften is extra zwaar als de cliënt extreem zwaar is, ook omdat het hulpmiddel zelf zwaarder is. Maak daarom zo veel mogelijk gebruik van plafondtilliften of gemotoriseerde tilliften. Voordeel van plafondliften is ook dat je minder ruimte nodig hebt en dichterbij de cliënt kunt komen.

Je hebt voor deze cliënten vaak tilbanden op maat nodig om dat het niet alleen om hun gewicht gaat, maar ook om het lichaamstype (appel, peer) en de uiterste breedte van de cliënt. Gebruik zo veel mogelijk een verblijfsling. Het weghalen en aanbrengen van deze sling is dan in de (rol)stoel niet meer nodig.



3

Als je een obese cliënt zittend in de lift verplaatst, kan de cliënt benauwd worden. Er kunnen zelfs drukplekken en bloeduitstortingen ontstaan als gevolg van vetweefsel dat onder druk staat. Dan kan het beter zijn de cliënt liggend te verplaatsen. De sling waar de cliënt dan in ligt heeft diverse lussen waarmee je, afhankelijk van het lichaamstype en de breedte, het comfort kunt verhogen en ademhalingsproblemen kunt voorkomen (door de lussen ter hoogte van het bovenlichaam bijv. wat korter aan te brengen).

Een andere oplossing is het gebruik van een dubbele plafondtilliftmotor. Dat voorkomt ook samendrukken van de cliënt. Zie ook 7.4.