



Van lig naar lig met passieve (plafond)tillift




1

De handeling met een passieve tillift is omslachtiger, maar veilig en vooral stabiel. Dat is belangrijk als de cliënt lijnen heeft (infuus, catheter etc.) of stabiel moet blijven.


TIP Volg de gebruiksaanwijzing en houd die bij de hand! Meestal is een speciaal, horizontaal tilframe en band nodig.

Breng de band aan (zie 1.1. t/m 1.2.). Rijd de tillift rustig aan en ga daarna naast de tillift staan. Laat het frame voorzichtig zakken tot boven de cliënt zodat de lussen of clips aangehaakt kunnen worden zonder te hoeven trekken. Haak eerst de lussen aan het hoofdeinde aan en dan de rest. Geef aan dat je gaat beginnen, houd oogcontact en laat eerst de cliënt een klein beetje omhoog komen. Controleer dan of alles goed zit en pas zonnodig aan.



2

Laat dan het tilframe verder omhoog komen. Te hoog kan eng zijn voor de cliënt en maakt de tillift minder stabiel. Vrijd de tillift door je lichaamsgewicht te gebruiken (zie groep 6). Draaien doe je door om de tillift heen te lopen en hem zo mee te nemen. (Zie de RijRegels bij groep 6.). Een plafondtillift manoeuvreert natuurlijk veel lichter.



3

Rijd de tillift naar bed/brancard en ga naast de cliënt staan. Zet bed of brancard op werkhoogte. Kies de juiste plek op bed/brancard. Daarmee voorkom je extra na-tillen. Laat de tillift rustig zakken.

Maak eerst het beengedeelte los en daarna de bovenste delen. Verwijder nu de tilband (zie 2.2.7.). Pas bij het weggrijden van de tillift op dat je de cliënt niet raakt en zet brancard- of beddekken omhoog.

Voorkom dat er na afloop restspanning of druk blijft bestaan bij de cliënt. Wiebel heen en weer of til arm of been even lichtjes op en vergroot het contactoppervlak.

