



## Goed achterin de stoel komen (met of na tilliftgebruik)


1

Cliënten komen soms na het tillen met een tillift niet goed achterin de stoel. 'Na-tillen' is dan nodig en dat is zwaar. Hieronder zie je hoe je dit kunt voorkòmen.

**NB** Ga altijd eerst na of het mogelijk en veilig is om deze techniek toe te passen. Raadpleeg daarvoor dus altijd tevoren de gebruiksaanwijzing van jouw tillift!

**LET OP** De cliënt moet zittend in de lift hangen. Kantel dus zo nodig naar een zithouding. Vervolgens rijd je de lege rolstoel aan, totdat de billen van de cliënt tegen de rugleuning van de stoel komen.

Dan zet je de rolstoel op de rem. Laat nu de cliënt zakken. De stoel zal dan vaak een heel klein beetje achterover gaan kantelen. De rolstoel staat immers op de rem. De cliënt hangt echter nog veilig in de tilband van de tillift. De cliënt zakt en komt zo goed achterin de rolstoel terecht.



2

Op het moment dat de billen de zitting raken, verrijdt de niet geremde tillift iets zodat de rolstoel weer stabiel staat. De cliënt zit nu goed achterin de rolstoel en natillen is zelden nodig.

**LET OP** Pas daarna, als alles veilig en stabiel staat, maak je de tilband van de tillift los en verwijder je deze (zie ook 2.2.6.).

3

Voorkom dat er na afloop restspanning of druk blijft bestaan bij de cliënt. Wiebel heen en weer en vergroot zo het contactoppervlak.

