



Van lig naar lig met passieve (plafond)lift



1

De lig – lig transfer met een passieve tillift is vooral stabiel. Dat is belangrijk als de cliënt lijnen heeft (infuus, katheter etc.) of stabiel moet blijven.



TIP Volg de gebruiksaanwijzing en houd die bij de hand! Het kan zijn dat er een speciaal, horizontaal tilframe en tilband nodig.

Breng de band aan (zie 1.1. t/m 1.2.). Rijd de tillift rustig aan en ga daarna naast de tillift staan. Laat het frame voorzichtig zakken tot boven de cliënt zodat de lussen of clips aangehaakt kunnen worden zonder te hoeven trekken. Haak eerst de lussen aan het hoofdeinde aan en dan de rest. Geef aan dat je gaat beginnen, houd oogcontact en laat eerst de cliënt een klein beetje omhoogkomen. Controleer dan of alles goed zit en pas zonodig aan.

Laat dan het tilframe verder omhoogkomen. Te hoog kan eng zijn voor de cliënt en maakt de tillift minder stabiel.


Verrijd de tillift door je lichaamsgewicht te gebruiken. Draaien doe je door om de tillift heen te lopen en hem zo mee te nemen (zie de RijRegels bij groep 6.).



TIP Gebruik een plafondlift. Dat manoeuvreert veel makkelijker.



TIP Voor meer comfort en veiligheid zou je deze transfer samen met een collega kunnen doen.



3

Rijd de tillift naar bed/brancard en ga naast de cliënt staan. Zet bed of brancard op werkhoopte. Kies de juiste plek op bed/brancard. Daarmee voorkom je extra na-tillen. Laat de tillift rustig zakken.

Maak eerst het beengedeelte los en daarna de bovenste delen. Verwijder nu de tilband (zie 2.2.7.). Pas bij het wegrijden van de tillift op dat je de cliënt niet raakt en zet brancard- of beddekken omhoog.

Voorkom dat er na afloop restspanning of druk blijft bestaan bij de cliënt. Wiebel heen en weer of til arm of been even lichtjes op en vergroot het contactoppervlak.

