




Verwisselen incontinentiemateriaal in slimme douchestoel



1

Met sommige slimme hoog-laag douchestoelen kan je incontinentiemateriaal wisselen. Behalve de hoog-laag functie kunnen ze namelijk meer in ligstand komen. Zo ontstaat er ruimte bij het onderlichaam. Via speciale openingen kun je dan verschonen en verzorgen. Incontinentiemateriaal met een buikband-systeem is daarvoor het meest geschikt. Je kunt dit zowel aan de voor- als achterzijde sluiten.

Zorg dat de cliënt goed achterin de stoel zit. Vouw de inco open en leg de buikband alvast over de buik. De cliënt kan het eventueel zelf vasthouden. Sluit de heupband en breng het dubbelgevouwen verbandgootje nu van achter naar voren aan (of andersom) via de opening in de stoel. Maak vervolgens de inco zachtjes zigzaggend vast op de heupband.

Dan controleer je de liezen op plooijs en of alles goed aansluit. Vraag de cliënt altijd of het goed voelt.

Om te verschonen scheur je de zijkanten los, vouw je de gebruikte inco in een plasgoot en verwijder je de inco van voor naar achter door de opening.



2



3

Pak het incontinentiemateriaal via de opening aan de onderkant aan en gooi het weg.

Verzorg de cliënt en breng eventueel weer een schone inco aan.

